

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	ARM-13 Rev-01	
Código:	ARM-13	
Revisión:	Rev-01	
Mes-Año:	Agosto- 2023	
Vigencia:	Desde: 18-08-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	ARMARIO - ACERO INOXIDABLE - DOBLE PUERTA
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Especificaciones Generales	1.01	Fabricado en acero recubierto de epoxi o plastificado o acero inoxidable AISI 304
	1.02	Compartimiento \geq 3 repisas o estantes
	1.03	Con dos puertas con chapa de seguridad
	1.04	Todos los elementos deben estar perfectamente lisos y pulidos, evitando concentradores de contaminación
Dimensiones mínimas	1.05	Ancho: 110 cm, \pm 20 cm
		Fondo: 50 cm, \pm 15cm
		Altura: 190 cm, \pm 21 cm
Accesorios y/o Consumibles		
Accesorio	2.01	Dos copias de llaves.
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Mantenimiento	3.04	N/A
Vida útil	3.05	10 Año(s)