

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	CAM-12 Rev-04	
Código:	CAM-12	
Revisión:	Rev-04	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	CAMILLA - EXPLORACION (CHASELONG)
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Estructura	1,01	Acero inoxidable AISI 304 o acero con recubrimiento resistente a la corrosión o similar
Dimensiones	1,02	Ancho 70cm +/- 10 cm Largo; 200cm +/- 10cm Altura 80 cm +/- 10cm
Secciones	1,03	Dos (2), Torso y Cabecera
Movimiento de elevación/descenso de cabecera	1,04	Requerido
Control de movimiento	1,05	Manual
Patas de fijación de la estructura	1,06	≥ 4
Tipo de colchoneta	1,07	Que se encuentre sujeta a la estructura
Colchoneta	1,08	Goma, espuma o similar
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Mantenimiento	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
Vida útil	2,05	10 Años