

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	CAM-14 Rev-04	
Código:	CAM-14	
Revisión:	Rev-04	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
Nombre:		CAMILLA - TERAPIA - ESTRUCTURA METALICA
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Secciones	1,02	≥ 2
Estructura	1,03	En tubo de acero inoxidable AISI 304 o superior
Tapizado	1,04	De material impermeable
Colchón	1,05	Colchoneta de al menos 6 cm de espesor de espuma de alta densidad con agujero facial o similar, adherido a la estructura
Dimensiones mínimas	1,06	190 cm ± 10 cm de largo
		65 cm ±10 cm de ancho
		80 cm ± 10 cm de alto.
Regulador de cabecera	1,07	Requerido
Soportes	1,08	Soportes de las patas de la camilla antideslizantes
Carga a soportar	1,09	≥ 180 Kg
Acabado	1,10	Todos los elementos deben estar perfectamente lisos y pulidos
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien.
		Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Mantenimiento	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
Vida útil	2,05	10 Años