


## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>CAM-25 Rev-03</b>	
<b>Código:</b>	<b>CAM-25</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-03</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>Enero - 2023</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-01-2023</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Mobiliario clínico</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	<b>CAMILLA - TERAPIA - ESTRUCTURA MADERA</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Estructura</b>	1,01	De madera
<b>Dimensiones mínimas</b>	1,02	Longitud: $\geq$ 1800 mm
	1,03	Ancho: $\geq$ 600 mm
<b>Orificio facial</b>	1,04	Requerido
<b>Carga</b>	1,05	$\geq$ 150 Kg
<b>Secciones mínimas</b>	1,06	Cabecera y cuerpo
<b>Movimiento</b>	1,07	Regulación del espaldar/cabecera
<b>Colchón/Colchoneta</b>	1,08	Fijo a la estructura
<b>Tapizado</b>	1,09	En cuero sintético o material resistente o similar
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	2,01	N.A.
<b>Certificación</b>	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
<b>Mantenimiento</b>	2,04	
<b>Vida útil</b>	2,05	10 Años