


FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	CAM-26 Rev-04	
Código:	CAM-26	
Revisión:	Rev-04	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	CAMILLA - EXPLORACION - GINECO/OBSTETRICA
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características básicas	1,01	Camilla ginecológica de tres cuerpos
	1,02	Estructura en tubo de acero inoxidable AISI 304 o material similar
	1,03	Tapizado resistente, de fácil limpieza
	1,04	Colchoneta ≥ 7 cm de espesor, espuma de alta densidad o similar
	1,05	Dimensiones: ≥ 180 cm de largo ≥ 50 cm de ancho ≥ 70 cm de altura
	1,06	Regulación del espaldar/cabecera
	1,07	Regulador de movimiento de piernas
	1,08	Regatones o ruedas con freno o similar, que proporcione estabilidad a la camilla
Acabados	1,09	Sin aristas vivas, pulidos los acabados
Accesorios	1,09	Piñeras con materiales resistentes
	1,10	Una (1) bandeja para recolección de fluidos desmontable de material resistente a elementos de limpieza y desinfección
	1,11	Un (1) Escabel de un tramo
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Mantenimiento	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
Vida útil	2,05	10 Años