


## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>CAM-37 Rev-03</b>	
<b>Código:</b>	<b>CAM-37</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-03</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>Enero - 2023</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-01-2023</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Mobiliario clínico</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	<b>CAMA - HOSPITALIZACION - PEDIATRICA</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Estructura</b>	1,01	Acero con acabado electrostático o acero inoxidable AISI 304 o superior
<b>Secciones</b>	1,02	Mínimo espaldar, muslos y piéceras
<b>Dimensiones internas o de colchón</b>	1,03	Longitud ≤ 180 cm
		Ancho ≤ 90 cm
<b>Regulación de altura</b>	1,04	≥ 30 cm
<b>Inclinación del espaldar - cabecera</b>	1,05	Requerido
<b>Ángulo de inclinación de rodillas</b>	1,06	Requerido
<b>Trendelemburg - Antitrendelemburg</b>	1,07	± 12° o mayor inclinación
<b>RCP de emergencia</b>	1,08	Con accionamiento manual y/o automático
<b>Barandillas/barandas</b>	1,09	Abatibles o mecanismo similar, a cada lado de la cama.
<b>Carga máxima a soportar</b>	1,1	≥ 180 Kg
<b>Control</b>	1,11	Con mando para control de movimientos, tipo control remoto y/o integrado a la cama
<b>Ruedas</b>	1,12	Cuatro (4), grado hospitalario
	1,13	Con sistema de frenado centralizado
<b>Colchon</b>	1,14	De goma, espuma o similar
	1,15	Espesor ≥ 10 cm, con dimensiones acorde al tamaño de la cama
	1,16	Con forros de vinil, nylon o similar, impermeable.
<b>Accesorios</b>	1,17	Protectores o parachoques en las cuatro esquinas
	1,18	Un (1) portasueros de 4 ganchos
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	2,01	Vac. Dentro del rango de 110v a 125v, 60Hz
<b>Certificación</b>	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien.
		Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
<b>Mantenimiento</b>	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
<b>Vida útil</b>	2,05	10 Años