

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	CAM-38 Rev-03
Código:	CAM-38
Revisión:	Rev-03
Mes-Año:	Enero - 2023
Vigencia:	Desde: 01-01-2023
	Hasta: 31-12-2024
Tipo:	Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: CAMILLA - TRANSPORTE - PARA AMBULANCIA
(CAMILLA TELESCOPICA PARA AMBULANCIA)

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Material	1,01	Estructura de aluminio o acero o material de similares características estructurales.
Espaldar	1,02	Posición ajustable.
Ruedas	1,03	Cuatro ruedas giratorias
	1,04	Freno en al menos dos ruedas
Altura ajustable de la camilla	1,05	Requerido
Barandales laterales	1,06	Plegables o abatibles o movibles
Dimensiones	1,07	Longitud \geq 180cm
	1,08	Ancho \geq 50cm
Capacidad de carga	1,09	\geq 400 lb.

Requerimientos para ambulancia

Sistema plegable	2,01	Requerido, para ingreso a ambulancia.
Ruedas auxiliares	2,02	Al menos dos para facilitar su entrada a la ambulancia.
Seguridad	2,03	Sistema de anclaje de la camilla a la ambulancia o similar

Accesorios

Correas de sujeción	3,01	\geq 3
Colchoneta	3,02	De fácil limpieza

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	4,01	N.A.
Certificación	4,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	4,03	Un (1) año a partir de la recepción del bien.
Mantenimiento	4,04	N.A.
Vida útil	4,05	10 Años