

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

<b>Ficha Técnica:</b>	<b>CAM-39 Rev-01</b>
<b>Código:</b>	<b>CAM-39</b>
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-01</b>
<b>Mes-Año:</b>	<b>Julio - 2023</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 14-07-2023</b>
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>
<b>Tipo:</b>	<b>Mobiliario clínico</b>

### DATOS GENERALES

<b>Nombre:</b>	<b>CAMILLA PARA LAVADO DE PACIENTES</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>
<b>VALOR</b>	

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales		
<b>Estructura</b>	1,01	De acero inoxidable o de similares características
<b>Sistema de elevación</b>	1,02	De accionamiento hidráulico y/ o eléctrico
<b>Dimensiones</b>	1,03	Largo $\geq$ 190 cm
		Ancho $\geq$ 60 cm
<b>Altura regulable</b>	1,04	Recorrido $\geq$ 30 cm
<b>Regulación de altura</b>	1,05	Mediante pedal y/o control
<b>Movimiento</b>	1,06	Sistema de inclinación para facilitar el desfogue de agua
<b>Barandas laterales</b>	1,07	Abatibles y/o plegables y/o retractiles.
<b>Ruedas</b>	1,08	$\geq$ Cuatro (4)
<b>Sistema de freno</b>	1,09	Requerido
<b>Desague</b>	1,10	Requerido
<b>Carga a soportar</b>	1,11	Mínimo 150 Kg.
Accesorios y Consumibles		
<b>Accesorios</b>	2,01	Colchón lavable diseñado para la camilla
	2,02	Almohada lavable
	2,03	Maguera de desague
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
<b>Energía/alimentación</b>	3,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz. En caso de que aplique.
<b>Certificación</b>	3,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	3,03	Dos años a partir de la recepción del bien.
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
<b>Vida útil</b>	3,04	10 Años