

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Ficha Técnica: | CAR-01 Rev-01 |
| Código: | CAR-01 |
| Revisión: | Rev-01 |
| Mes-Año: | Marzo - 2023 |
| Vigencia: | Desde: 16-03-2023 |
| | Hasta: 31-12-2024 |
| Tipo: | Mobiliario clínico |

DATOS GENERALES

Nombre: **CARRO - VARILLA - 2 ESTANTES**

| ATRIBUTO | ITEM | VALOR |
|----------|------|-------|
|----------|------|-------|

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

| | | |
|---------------------------------|------|---|
| Estructura | 1,01 | Acero inoxidable o superior |
| Estantes/Niveles | 1,02 | Dos (2) |
| Tipo de estantes/niveles | 1,03 | Estantes/niveles de varillas, de acero inoxidable o superior |
| Ruedas | 1,04 | ≥ Cuatro (4) ruedas giratorias, al menos dos de ellas con freno |
| Barra o asa | 1,05 | Barra o asa de manipulación fabricada en acero inoxidable, sujeta a la estructura |
| Dimensiones aproximadas | 1,06 | Alto: entre 90 cm a 110 cm |
| | | Largo: entre 85 cm a 95 cm |
| | | Profundidad: entre 35 cm a 50 cm |
| Acabados | 1,07 | Pulidos y/o cromado, sin aristas vivas |

OTRAS ESPECIFICACIONES:

| | | |
|------------------------------------|------|---|
| Energía/alimentación | 2,01 | N.A. |
| Certificación | 2,02 | Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional. |
| Garantía técnica de fábrica | 2,03 | Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. |
| | 2,04 | 10 Años |