

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	COC-09 Rev-05	
<b>Código:</b>	COC-09	
<b>Revisión:</b>	Rev-05	
<b>Mes-Año:</b>	Enero - 2023	
<b>Vigencia:</b>	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
<b>Tipo:</b>	Mobiliario clínico	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	Nombre:	COCHE - CURACIONES
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Estructura</b>	1,01	Fabricada completamente en acero inoxidable AISI 304 o superior, de al menos 1mm de espesor
	1,02	Con 2 cajones
<b>Bandeja inferior</b>	1,03	Con bandeja inferior, para almacenamiento de material
<b>Barra para empuje</b>	1,04	Barra para empuje
<b>Ruedas/garuchas</b>	1,05	≥ Cuatro (4)
<b>Dimensiones mínimas:</b>	1,06	Largo 70 cm, ± 10 cm
	1,06	Ancho 40 cm, ± 10 cm
	1,06	Alto 70 cm, ± 10 cm
<b>Acabado</b>	1,07	Todos los elementos deben estar perfectamente lisos y pulidos
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	2,01	N.A.
<b>Certificación</b>	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
<b>Mantenimiento</b>	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
<b>Vida útil</b>	2,05	10 Años