

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>COC-11 Rev-03</b>	
<b>Código:</b>	<b>COC-11</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-03</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>Enero - 2023</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-01-2023</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Mobiliario clínico</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	<b>COCHE - PARO</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Características básicas del equipo</b>	1,01	Estructura principal o chasis de acero inoxidable o de polímero de alta densidad o ABS o similar
	1,02	≥ 5 cajones para almacenamiento de material y medicamentos
	1,03	Seguridad para apertura de cajones requerido
	1,04	Una (1) Bandeja para desfibrilador.
	1,05	Soporte lateral para contenedor de residuos.
	1,06	Cuatro ruedas, mínimo 2 con freno.
<b>Accesorios</b>	1,07	Un (1) Resucitador manual adulto, con mascarilla y reservorio de O2.
	1,08	Un (1) Frasco recolector de líquidos aspirados de ≥ 1 litro.
	1,09	Un (1) Contenedor de residuos ≥ 1 litro.
	1,10	Una (1) Tabla de paro para masaje cardiaco.
	1,11	Un (1) Porta Suero.
	1,12	Una (1) Carpeta para documentación.
	1,13	Un (1) Kit de etiquetas adhesivas para cajones.
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	2,01	N.A.
<b>Certificación</b>	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
<b>Mantenimiento</b>	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
<b>Vida útil</b>	2,05	10 Años