

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	COC-25 Rev-03	
<b>Código:</b>	COC-25	
<b>Revisión:</b>	Rev-03	
<b>Mes-Año:</b>	Enero - 2023	
<b>Vigencia:</b>	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
<b>Tipo:</b>	Mobiliario clínico	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	COCHE - DISTRIBUCION DE MUESTRAS
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Descripción</b>	1,01	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o superior
	1,02	≥ Tres (3) niveles o estantes
	1,03	Estructura con barandas, barra de empuje o similar, para fácil transporte
	1,04	≥ 4 Ruedas giratorias, con freno en al menos 2 ruedas
	1,05	Niveles o estantes con bordes, topes o similar, para evitar posibles derrames de las muestras
	1,06	Dimensiones: Altura ≥ 80 cm Ancho ≥ 40 cm Largo ≥ 60 cm
	1,07	Acabados sin bordes cortantes, ni orificios que provoquen oxidación, esquinas redondeadas
<b>Acabado</b>	1,08	Todos los elementos deben estar perfectamente lisos y pulidos
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	2,01	N.A.
<b>Certificación</b>	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
<b>Mantenimiento</b>	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
<b>Vida útil</b>	2,05	10 Años