

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	COC-27 Rev-03	
<b>Código:</b>	COC-27	
<b>Revisión:</b>	Rev-03	
<b>Mes-Año:</b>	Enero - 2023	
<b>Vigencia:</b>	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
<b>Tipo:</b>	Mobiliario clínico	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	COCHE - UNIDOSIS - 30 CAMAS
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Estructura</b>	1,01	Estructura en polímero de alta densidad, o aluminio anodizado, o lámina de acero inoxidable AISI 304 o superior
<b>Tablero superior</b>	1,02	Con reborde en tres (3) lados
<b>Puertas o cajones inferiores</b>	1,03	Requerido
<b>Compartimientos para unidosis</b>	1,04	Requerido
<b>Ruedas</b>	1,05	Cuatro
<b>Freno</b>	1,07	Mínimo en dos (2) ruedas
<b>Asa o barra para empuje</b>	1,08	Una (1)
<b>Accesorios</b>		
<b>Recipiente de desechos</b>	2,01	Uno (1), requerido
<b>Portaguantes</b>	2,02	Uno (1)
<b>Bandeja con soporte lateral</b>	2,03	Uno (1), abatible
<b>Porta atril incorporado</b>	2,04	Uno, (1)
<b>Soporte y recipiente de cortopunzantes</b>	2,05	Uno (1)
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	3,01	N.A.
<b>Certificación</b>	3,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	3,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
<b>Mantenimiento</b>	3,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
<b>Vida útil</b>	3,05	10 Años