

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	CUN-04 Rev-03	
Código:	CUN-04	
Revisión:	Rev-03	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	CUNA - CUNERO
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características	1,01	Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero con recubrimiento resistente al óxido o superior
	1,02	Cuna desmontable en metacrilato, acrílico, policarbonato anatómico o material de similares características
	1,03	Cuente con ≥ 4 ruedas, con frenos en al menos 2 ruedas.
	1,04	Dimensiones del soporte: Ancho: ≥ 40 cm Largo: ≥ 65 cm Altura: ≥ 70 cm.
	1,05	Colchón de goma o espuma o similar, con forro de vinyl impermeable o similar
Acabado	1,06	Todos los elementos deben estar perfectamente lisos y pulidos
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Mantenimiento	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
Vida útil	2,05	10 Años