

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>ESC-08 Rev-03</b>	
<b>Código:</b>	<b>ESC-08</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-03</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>Enero - 2023</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-01-2023</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Mobiliario clínico</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	<b>ESCABEL - 1 TRAMO</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Características</b>	1,01	Escabel de un (1) tramo (escalón).
<b>Estructura</b>	1,02	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o acero con acabado electrostático o recubrimiento epoxi o similar
<b>Escalón</b>	1,03	Superficie del escalón antideslizante.
<b>Patas</b>	1,04	Con regatones de material de alto impacto antideslizantes.
<b>Dimensiones</b>	1,05	Altura $\geq$ 20 cm
	1,06	Ancho o profundidad $\geq$ 20 cm
	1,07	Largo $\geq$ 40 cm.
<b>Acabados</b>	1,08	Todos los elementos deben estar perfectamente lisos y pulidos
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	2,01	N.A.
<b>Certificación</b>	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
<b>Mantenimiento</b>	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
<b>Vida útil</b>	2,05	10 Años