

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	MAP-01 Rev-02	
Código:	MAP-01	
Revisión:	Rev-02	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	MAMPARA MÓVIL PLOMADA, CON VISOR
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Fabricación	1,01	Acero inoxidable, acero inoxidable quirúrgico 304 o superior
Espesor de láminas de plomo	1,02	≥ 2mm o equivalente
Ruedas	1,03	≥ Cuatro (4) ruedas para desplazamiento, al menos dos con freno
Dimensiones de la mampara	1,04	Alto: 180 cm ± 5 cm
	1,04	Ancho: 80 cm ± 5 cm
Visor	1,05	Ventana de vidrio plomado
	1,06	40 cm de alto x 30 cm de ancho, ± 5 cm
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien.
	2,03	Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Mantenimiento	2,04	N.A.
Vida útil	2,05	10 Años