

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	MES-07 Rev-03
Código:	MES-07
Revisión:	Rev-03
Mes-Año:	Enero - 2023
Vigencia:	Desde: 01-01-2023
	Hasta: 31-12-2024
Tipo:	Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: **MESA AUXILIAR DE ACERO INOXIDABLE**

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Estructura	1,01	Acero inoxidable o superior
Medidas de la estructura	1,02	Alto 80 cm, ± 5 cm
		Largo 45 cm, ± 5 cm
		Profundidad 45 cm, ± 5 cm
Bandejas	1,03	Mínimo 2 bandejas, una superior y una inferior
Garruchas o ruedas	1,04	\geq Cuatro (4), con freno en al menos dos de ellas
Cajones	1,05	≥ 2 cajones
Medidas de cajones	1,06	Alto ≥ 10 cm
		Largo ≥ 19 cm
		Profundidad ≥ 19 cm
Asa de sujeción	1,07	Requerida para movilizar la mesa
Barras protectoras	1,08	Un cerco de barras protectoras en la bandeja superior en inferior en 3 lados

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Mantenimiento	2,04	N.A.
Vida útil	2,05	10 Años