

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	MES-50 Rev-03
Código:	MES-50
Revisión:	Rev-03
Mes-Año:	Enero - 2023
Vigencia:	Desde: 01-01-2023
	Hasta: 31-12-2024
Tipo:	Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre:	MESA - PUENTE (MESA DE ALIMENTACION)
---------	---

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Estructura principal	1,01	Acero cubierto por pintura electrostática o similar
Mecanismo de elevación	1,02	Requerido
Protección mecanismo de elevación	1,03	Requerido
Tablero	1,04	Polímero ABS o superior
Dimensiones de tablero	1,05	Ancho: 40 cm ± 10cm
	1,06	Largo: 70cm ± 10cm
Ruedas	1,07	≥ Cuatro (4)
Freno	1,08	Mínimo para 2 ruedas

Acabados

Sin aristas vivas	2,01	Requerido
-------------------	------	-----------

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3,01	N.A.
Certificación	3,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	3,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Mantenimiento	3,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
Vida útil	3,05	10 Años