

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>MES-64 Rev-03</b>	
<b>Código:</b>	<b>MES-64</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-03</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>Enero - 2023</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-01-2023</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Mobiliario clínico</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	<b>COCHE - PORTAEQUIPOS</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Estructura</b>	1,01	Estructura de tubo de acero inoxidable AISI 304 o superior
<b>Bandeja superior e inferior</b>	1,02	De acero inoxidable AISI 304 o superior, $\geq 1$ mm de espesor
<b>Ruedas</b>	1,03	$\geq$ Cuatro (4), al menos dos de ellas con freno
<b>Dimensiones mínimas</b>	1,04	largo 60 cm $\pm$ 5cm
	1,04	ancho 40 cm $\pm$ 5cm
	1,04	altura 80 cm $\pm$ 5cm
<b>Acabados</b>	1,05	Sin aristas vivas.
	1,06	Todos los elementos deben ser completamente lisos y pulidos.
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	2,01	N.A.
<b>Certificación</b>	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
<b>Vida útil</b>	2,05	10 Años