

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>MET-04 Rev-03</b>	
<b>Código:</b>	<b>MET-04</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-03</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>Enero - 2023</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-01-2023</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Mobiliario clínico</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	<b>ESTACION DE TRABAJO - ESTERILIZACION</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Características mínimas requeridas</b>	1,01	Material de toda la estructura en acero inoxidable AISI 304 o superior. Espesor $\geq$ 1mm
	1,02	Estructura con 2 repisas
	1,03	Incluye repisa con dispensador - cortador de rollos
	1,04	Niveladores en cada pata
<b>Dimensiones referenciales</b>	1,05	Profundidad 90 cm, $\pm$ 10 cm
	1,06	Largo 130 cm, $\pm$ 10 cm
	1,07	Alto 70 cm, $\pm$ 10 cm
<b>Acabados</b>	1,08	Sin aristas vivas
	1,09	Sin rebabas de soldadura
	1,10	Uniones y todos los acabados pulidos
<b>Accesorios</b>	1,11	Dos (2) canastillas de acero inoxidable, laterales, adaptables a la estación de trabajo
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	2,01	N.A.
<b>Certificación</b>	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
<b>Mantenimiento</b>	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
<b>Vida útil</b>	2,05	10 Años