

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>NEG-01 Rev-04</b>	
<b>Código:</b>	<b>NEG-01</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-04</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>Enero - 2023</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-01-2023</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Mobiliario clínico</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	<b>NEGATOSCOPIO - 2 CUERPOS</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Material</b>	1,01	Estructura de acero inoxidable o acero laminado con pintura electrostática
<b>Pantalla</b>	1,02	Pantalla de acrílico o similar
<b>Sistema / mecanismo para sujeción de radiografías</b>	1,03	Requerido
<b>Luminosidad</b>	1,04	Lámparas LED
<b>Interruptor de encendido</b>	1,05	Requerido
<b>Iluminación</b>	1,06	Iluminación uniforme sin partes oscuras
<b>Dimensiones</b>	1,07	Ancho $\geq$ 70 cm
	1,07	Alto $\geq$ 40 cm
	1,07	Fondo $\leq$ 10 cm
<b>Conexión</b>	1,08	El cable de poder deberá tener al menos 1.5 metros de largo, con enchufe universal
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	2,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
<b>Certificación</b>	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
<b>Mantenimiento</b>	2,04	
<b>Vida útil</b>	2,05	10 Años