


FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	PER-02 Rev-03	
Código:	PER-02	
Revisión:	Rev-03	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	PERCHA - PRENDAS PLOMADAS
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales	1,01	Base construida en acero inoxidable AISI 304 o acero recubierto con pintura electrostática color gris
	1,02	Perchas de acero inoxidable AISI 304 o acero recubierto con pintura electrostática color gris
	1,03	Con mínimo dos perchas
Dimensiones mínimas de la base	1,04	Largo 40 cm, ± 5 Altura 10 cm, ± 5 Profundidad 5 cm, ± 2
	1,05	Todos los elementos deben estar perfectamente lisos y pulidos
Acabado		
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Mantenimiento	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
Vida útil	2,05	10 Años