

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	POR-01 Rev-04	
Código:	POR-01	
Revisión:	Rev-04	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
Nombre:		PORTASUEROS (ATRIL)
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Columna estructural	1,01	Construida en tubo redondo de al menos 1" de diámetro, en acero inoxidable o superior
Altura regulable	1,02	De ≤1400mm a ≥1900mm
Base	1,03	Rodable, compuesta con mínimo 3 soportes
Ruedas	1,04	Número de ruedas de acuerdo al número de soportes
	1,05	Giratorias de material resistente
Ganchos	1,06	Cuatro ganchos diseñados para colgar bolsas o botellas
Acabados	1,07	Pulido y sin aristas vivas
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Mantenimiento	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
Vida útil	2,05	10 Años