

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	POR-03 Rev-03	
Código:	POR-03	
Revisión:	Rev-03	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	PORTACHATAS
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características	1,01	Fabricado con plancha mínimo de 1 mm de acero inoxidable AISI 304 o superior, reforzado en la parte superior, con perfiles del mismo material
	1,02	Diseñado para montaje de pared, el cual deberá incluir todos los accesorios para su instalación
	1,03	Disponer de al menos 5 porta papagayo o pato y al menos 5 abrazaderas para portachatas
	1,04	En la parte inferior deberá incluir una bandeja desmontable para contener líquidos provenientes de las chatas y papagayos (pato)
	1,05	Todas las partes metálicas deberán estar perfectamente soldadas
	1,06	Acabado satinado o medio brillo o similar
	1,07	Dimensiones aproximadas: largo \geq 100cm, alto \geq 80cm
Accesorio	1,08	Incluye al menos cinco chatas y cinco papagayos (patos)
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Mantenimiento	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
Vida útil	2,05	10 Años