


FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	SIL-07 Rev-03	
Código:	SIL-07	
Revisión:	Rev-03	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	SILLA DE RUEDAS - PACIENTES OBESOS
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Estructura	1,01	Aluminio o acero cromado o acero recubierto o superior, con pintura electroestática u otra protección anticorrosiva.
Capacidad de peso a soportar	1,02	≥ 300 libras
Ruedas traseras	1,03	Sólidas o macizas
Diámetro ruedas delanteras	1,04	8 pulgadas ±1 de pulgada
Diámetro ruedas traseras	1,05	24 pulgadas ±2 de pulgadas
Freno	1,06	Requerido
Apoya-brazos	1,07	Recubiertos en espuma suave o vinilo acolchado o poliuretano de alta densidad o PVC
Apoya-piernas	1,08	Requerido
Reposa-pies	1,09	Abatibles o plegables
Asiento	1,10	Área de ≥ 400mm x ≥ 400mm
Tapizado	1,11	En material suave y lavable para el espaldar y el asiento
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Mantenimiento	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
Vida útil	2,05	10 Años