


## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>SIL-21 Rev-03</b>	
<b>Código:</b>	<b>SIL-21</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-03</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>Enero - 2023</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-01-2023</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Mobiliario clínico</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	<b>SILLON - PACIENTE - GINECOLOGIA</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Estructura</b>	1,01	Acero inoxidable AISI 304 o acero AISI 300 o acero con acabado electrostático/ anticorrosivo o superior
<b>Movimientos eléctricos mínimos</b>	1,02	Regulación espaldar, regulación de altura
<b>Secciones</b>	1,03	≥ Dos (2)
<b>Ajuste de Altura</b>	1,04	Requerido
<b>Posición</b>	1,05	Camilla y/o trendelemburg
<b>Mando de movimientos</b>	1,06	Pedal de control ubicado en la base del sillón y/o en el sillón y/o control de mano
<b>Apoya piernas</b>	1,07	Un (1) Par de apoya piernas o reposapiernas
<b>Tapicería</b>	1,08	que permita limpieza y desinfección
<b>Carga a soportar</b>	1,09	≥ 150 kg
<b>Accesorios</b>	1,10	Una (1) Bandeja para fluidos, fabricada en acero inoxidable
	1,11	Un (1) Taburete para trabajo de especialista
	1,12	Un (1) Brazo o soporte para trabajo con Colposcopio
	1,13	Diez (10) Rollos de papel o similar, para cobertura de sillón
	1,14	Un (1) Cojín de respaldo para la cabeza
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	2,01	VAC: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
<b>Certificación</b>	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
<b>Mantenimiento</b>	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
<b>Vida útil</b>	2,05	10 Años