

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	SIL-25 Rev-03	
Código:	SIL-25	
Revisión:	Rev-03	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	SILLA - TOMA DE MUESTRAS
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características básicas del equipo	1,01	Estructura metálica de tubo redondo o similar de acero de al menos 1mm de espesor, con recubrimiento resistente a la corrosión
	1,02	Con asiento fijo
	1,03	Con soporte apoya brazos inclinables o abatibles o movibles, ajustables en altura para facilitar toma de muestra.
	1,04	Altura de asiento ≥ 50 cm (tolerancia ± 10 cm)
	1,05	Capacidad de carga de ≥ 200 kg
	1,06	Asiento, espaldar y brazos acolchados con grosor ≥ 5 cm y tapizado impermeable, resistente a limpieza y desinfección.
	1,07	Regatones ajustables o similar, de alto impacto
Acabados	1,08	Sin aristas vivas
	1,09	Sin evidencia de escorias
	1,10	Todos los elementos deber ser completamente lisos y pulidos
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Mantenimiento	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
Vida útil	2,05	10 Años