


FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	SIL-51 Rev-03	
Código:	SIL-51	
Revisión:	Rev-03	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	SILLON - PACIENTE - OFTALMOLOGIA / ORL
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Movimientos eléctricos	1,01	Subir y bajar el asiento
	1,02	Respaldo reclinable
Posición	1,03	Tipo silla
	1,04	Tipo camilla
Controles de movimiento	1,05	De pedal y/o botonera
Tapizados	1,06	Sin costuras, lavable
Reposa pies	1,07	Requerido
Reposa brazos	1,08	Requerido, abatibles
Reposa cabeza	1,09	Regulable
Posicion trendelenburg	1,10	Requerida
Carga mínima	1,11	≥ 120 Kg
Accesorios	1,12	Un taburete para el profesional (en caso de ser requerido por el establecimiento de salud)
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Mantenimiento	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
Vida útil	2,05	10 Años