

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	SLL-47 Rev-03	
Código:	SLL-47	
Revisión:	Rev-03	
Mes-Año:	Enero - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
Nombre:		SILLA DE RUEDAS - PLEGABLE - PARA AMBULANCIA
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Material de la estructura	1,01	Aluminio o acero o material de similar resistencia
Material respaldo y asiento	1,02	Lona o PVC o ABS o material similar, de fácil limpieza
Ruedas traseras	1,03	≥ 2 ruedas
Ruedas delanteras	1,04	≥ 2 ruedas, rotatorias
Manijas traseras	1,05	Mínimo 2
Manijas delanteras	1,06	Mínimo 2
Plegable	1,07	Requerido para ambulancia
Seguridad		
Cinturones de seguridad	2,01	Requerido
Seguro anti-pliegue	2,02	Requerido
Carga a soportar	2,03	≥ 150 kg
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3,01	N.A.
Certificación	3,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	3,03	Un (1) año a partir de la recepción del bien.
Mantenimiento	3,04	N.A.
Vida útil	3,05	10 Años