

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Ficha Técnica:</b> | <b>TAB-10 Rev-03</b>      |
| <b>Código:</b>        | <b>TAB-10</b>             |
| <b>Revisión:</b>      | <b>Rev-03</b>             |
| <b>Mes-Año:</b>       | <b>Enero - 2023</b>       |
| <b>Vigencia:</b>      | <b>Desde: 01-01-2023</b>  |
|                       | <b>Hasta: 31-12-2024</b>  |
| <b>Tipo:</b>          | <b>Mobiliario clínico</b> |

### DATOS GENERALES

Nombre: **TABURETE - CON RESPALDAR - ACERO INOXIDABLE**

| ATRIBUTO  | ITEM | VALOR   |
|---|------|---|
| <b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b> |      |   |
| <b>Estructura</b>                                   | 1,01 | Acero inoxidable AISI 304 o superior, con sistema de regulación de altura         |
| <b>Carga a soportar</b>                             | 1,02 | ≥ 140 kg  |
| <b>Ruedas</b>                                       | 1,03 | ≥ cinco (5) ruedas  |
| <b>Regulación de altura</b>                         | 1,04 | Requerido   |
| <b>Asiento</b>                                      | 1,05 | De acero inoxidable, con acolchado hecho de material de fácil limpieza            |
| <b>Espaldar</b>                                     | 1,06 | De acero inoxidable, con acolchado hecho de material de fácil limpieza            |
| <b>Acabado</b>                                      | 1,07 | Todos los elementos deben estar perfectamente lisos, pulidos y sin aristas vivas. |

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

|                                    |      |   |
|------------------------------------|------|---|
| <b>Energía/alimentación</b>        | 2,01 | N.A.  |
| <b>Certificación</b>               | 2,02 | Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.  |
| <b>Garantía técnica de fábrica</b> | 2,03 | Dos años a partir de la recepción del bien.<br>Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien |
| <b>Mantenimiento</b>               | 2,04 | Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.   |
| <b>Vida útil</b>                   | 2,05 | 10 Años   |