

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>TAB-02 Rev-01</b>	
<b>Código:</b>	<b>TAB-02</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-01</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>Marzo - 2023</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-03-2023</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Mobiliario clínico</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	<b>TABURETE PARA PARTO NATURAL - FORMA U</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Características generales</b>		
<b>Taburete</b>	1.01	Forma en U
	1.02	Estructura principal o chasis de acero inoxidable o de polímetro de alta densidad o madera o similar
	1.03	Tapizado fácil de limpiar y desinfectar
	1.04	Altura dentro del rango de 23cm a 38 cm
<b>Tapete para los pies</b>	2.01	Requerido con tapizado fácil de limpiar y desinfectar
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	3.01	N.A.
<b>Certificación</b>	3.02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
<b>Mantenimiento</b>	3.04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
<b>Vida útil</b>	3.05	10 Año(s)