

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	OFT-01 Rev-02
Código:	OFT-01
Revisión:	Rev-01
Mes-Año:	Julio - 2023
Vigencia:	Desde: 14-07-2023
	Hasta: 31-12-2024
Tipo:	Equipo médico

DATOS GENERALES

Nombre: OFTALMOSCOPIO INDIRECTO - BINOCULAR

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales		
Sujeción de oftalmoscopio	1,01	Banda o casco
Sistemas de ajuste	1,02	≥2 regulables
Almohadillas	1,03	En el sistema de sujeción
Lámpara de iluminación	1,04	Tipo LED
Intensidad de iluminación	1,05	Regulable
Sistema de carga de batería	1,06	Transformador de pared o unidad de carga
Fuente de alimentación portátil	1,07	Mediante batería
Duración de batería	1,08	Mínimo 4 horas
Características específicas		
Distancia interpupilar	2,01	Menor o igual que 80 mm
Tamaño de pupila	2,02	Mínimo 1-10 mm
Filtros	2,03	≥2
Filtro difusor	2,04	Requerido
Accesorios y Consumibles		
Depresor escleral	3,01	Requerido
Lupa de oftalmología	3,02	Uno (1)
Espejo	3,03	De enseñanza o coobservador
Estuche	3,04	Uno (1)
Baterías	3,05	Dos (2)
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	4,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	4,02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	4,03	Dos años a partir de la recepción del bien.
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	4,04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	4,05	Durante la vida útil, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica.
		Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	4,06	10 años