

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: REF-18 Rev-01

Código: REF-18

Revisión: Rev-01

Mes-Año: Agosto - 2023

Vigencia: Desde: 31-08-2023

Hasta: 31-12-2023

Tipo: Equipo Médico

DATOS GENERALES

Nombre: REFRACTOMETRO PORTATIL

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Refractómetro	1.01	Portátil
Rango de esfera	1.02	De ≤ -10.0 D a ≥ 10.0 D
Rango de cilindros	1.04	De ≤ -5.0 D a ≥ 5.0 D
Rango axial	1.06	$\leq 1^\circ$ a $\geq 180^\circ$
Batería	1.07	Recargable

Accesorios

Impresora	2.01	Compatible con el equipo
Cargador	2.01	Compatible con el equipo

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante la vida útil, cada "6" meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.07	"8" años