

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: RET-01 Rev-01

Código: RET-01

Revisión: Rev-01

Mes-Año: Agosto - 2023

Vigencia: Desde: 31-08-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo Médico

DATOS GENERALES

Nombre: RETINOGRAFO NO MIDRIATICO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Tipo	1.01	Digital no midriático
Pantalla	1.02	≥ 8 pulgadas
Campo de visión	1.04	≤ 45°
Mínimo tamaño de pupila	1.05	4.0mm
Distancia de trabajo	1.06	≥ 25mm
Rango de ajuste de enfoque	1.07	De ≤-12D a ≥+10D
Intensidad del flash	1.08	≥9 niveles
Fijación	1.09	Al menos 9 puntos
Soporte de barbilla	1.11	Regulable motorizada
Interface	1.12	USB2.0, Ethernet/LAN

Fuente de luz

Fuente de luz de observación	2.01	LED infrarrojo y/o halógena con filtro de infrarrojos
Fuente de luz de flash	2.02	LED blanco y/o lámpara Xenón

Accesorios

Mesa	2.02	Requerida
------	------	-----------

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 240 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
		Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	
Mantenimiento	3.05	Durante la vida útil, cada "6" meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica.
		Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.

	3.06	Garantía del servicio técnico (mano de obra) hasta la siguiente visita de mantenimiento preventivo, es decir, de suscitarse eventos que requieran de visitas de mantenimiento correctivo, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo alguno para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del equipo. Esta garantía no incluye la provisión de repuestos, accesorios o consumibles (después de los dos primeros años).
Vida útil	3.07	"10" años