

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	GRU-02 Rev-03	
Código:	GRU-02	
Revisión:	Rev-03	
Mes-Año:	Diciembre - 2022	
Vigencia:	Desde: 01-01-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo Sanitario de Apoyo	
DATOS GENERALES		
Nombre:		GRUA - MOVILIZACION DE PACIENTES
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
1. Características generales		
Altura de elevación	1.01	≤130 cm a ≥ 150 cm
Capacidad de carga	1.02	≥ 200 Kg
Sistema de frenado	1.03	En al menos dos (2) ruedas
Nivel de ruido	1.04	≤ 75dB
Protección	1.05	IPX4 o superior
Mando de movimientos de grúa	1.06	Alámbrico y/o inalámbrico
2. Accesorios		
Batería Recargable	2.01	Requerido
Arnés para elevar al paciente en posición acostado o decúbito supino	2.02	Uno (1), incluido percha/soporte respectivo para colocación en grúa
Arnés para elevar al paciente de cama a silla	2.03	Uno (1), incluido percha/soporte respectivo para colocación en grúa
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz o cargador compatible.
Certificación	3.02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Mantenimiento	3.04	N.A.
Vida útil	3.05	10 años