

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	LAP-01 Rev-01	
Código:	LAP-01	
Revisión:	Rev-01	
Mes-Año:	Marzo - 2023	
Vigencia:	Desde: 01-03-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo Menor	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	PUNTERO PARA ELECTROACUPUNTURA
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Tipo:	1.01	Puntero o Lápiz o similar
Pantalla:	1.02	Opcional
Cabezales:	1.03	≥ 3 cabezales
Ajuste de niveles de Intensidad	1.04	Requerido
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	2.01	Batería o Pilas recargables de acuerdo al Equipo
	2.02	Un (1) Cargador de baterías
Consumibles	2.03	Un (1) Frasco de gel conductor
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz y/o baterías recargables
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios