

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>POD-02 Rev-02</b>	
<b>Código:</b>	<b>POD-02</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-02</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>Marzo - 2023</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-03-2023</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2024</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Mobiliario clínico</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	<b>PODOSCOPIO</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Características generales</b>		
<b>Estructura</b>	1.01	Estructura en acero inoxidable o acero cromado o madera o metalcrlato o similar
<b>Base</b>	1.02	Cristal resistente al peso o Baldosa Trasparente o similar
<b>Sistema de Reflejo</b>	1.03	Espejo inclinado debajo de una visión real de la planta de los pies
<b>Luminosidad</b>	1.04	Lámpara fluorescente o LED
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	2.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
<b>Certificación</b>	2.02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
<b>Mantenimiento</b>	2.04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica
<b>Vida útil</b>	2.05	10 Años