

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: DOP-01 Rev-01

Código: DOP-01

Revisión: Rev-01

Mes-Año: Marzo - 2026

Vigencia: Desde: 18-03-2026

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo Menor

DATOS GENERALES

Nombre: DOPPLER VASCULAR - PORTATIL

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Diseño	1.01	Portátil o compacto
Pantalla o Display	1.02	Requerido
Detección	1.03	Del flujo sanguíneo
Transductor para vascular		
Transductor de frecuencia de 8Mhz	2.01	Requerido
Transductor de frecuencia de 5Mhz	2.02	Opcional (De acuerdo a la necesidad Institucional)
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	3.01	Un (1) Bolso o maletín de transporte
	3.02	Baterías/Pilas recargables, las que requiera el equipo
	3.03	Un (1) cargador de baterías
Consumibles	4.01	Un (1) frasco de gel conductivo
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	5.01	Baterías/pilas recargables.
Certificación	5.02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar.
Garantía de fábrica	5.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios