

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: LAP-01 Rev-02

Código: LAP-01

Revisión: Rev-02

Mes-Año: Octubre - 2025

Vigencia: Desde: 01-11-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo menor

DATOS GENERALES

Nombre: PUNTERO PARA ELECTROACUPUNTURA

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Tipo:	1.01	Puntero o Lápiz o similar
-------	------	---------------------------

Visualización de intensidad	1.02	Display o superior
-----------------------------	------	--------------------

Cabezales:	1.03	≥ 3 cabezales
------------	------	---------------

Ajuste de niveles de Intensidad	1.04	Requerido
---------------------------------	------	-----------

Accesorios

Batería Recargable	2.01	Dos (2) juegos
--------------------	------	----------------

Cargador de baterías	2.02	Uno (1)
----------------------	------	---------

Consumibles	2.03	Un (1) Frasco de gel conductor
-------------	------	--------------------------------

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
----------------------	------	---

Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
---------------	------	--

Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios
-----------------------------	------	--