

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** LAR-01 Rev-01

**Código:** LAR-01

**Revisión:** Rev-01

**Mes-Año:** Junio - 2025

**Vigencia:** Desde: 11-06-2025

Hasta: 31-12-2026

**Tipo:** Equipo menor

### DATOS GENERALES

**Nombre:** LARINGOSCOPIO REUTILIZABLE

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Mango	1.01	Metálico
Tamaño del mango	1.02	Tipo C
Iluminación	1.03	Mediante fibra óptica
Fuente de luz	1.04	LED o halógena

#### Accesorios

Batería Recargable	2.01	Dos (2) juegos
Cargador de baterías	2.02	Uno (1)
Hoja Nro 1	2.03	Una (1) metálica reutilizable tipo Macintosh
Hoja Nro 2	2.04	Una (1) metálica reutilizable tipo Macintosh
Hoja Nro 3	2.05	Una (1) metálica reutilizable tipo Macintosh
Estuche	2.06	Uno (1) propio del equipo para almacenamiento

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	<p>Un (1) año a partir de la recepción del bien</p> <p>Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.</p> <p>No cubre accesorios</p>