

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	LAR-02 Rev-01	
Código:	LAR-02	
Revisión:	Rev-01	
Mes-Año:	Abril - 2026	
Vigencia:	Desde: 01-04-2026	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Equipo menor	
DATOS GENERALES		
Nombre:		LARINGOSCOPIO NEONATAL REUTILIZABLE
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Mango	1.01	Metálico
Tamaño del mango	1.02	Tipo C
Iluminación	1.03	Mediante fibra óptica
Fuente de luz	1.04	LED o halógena
Accesorios		
Batería Recargable	2.01	Dos (2) juegos
Cargador de baterías	2.02	Uno (1)
Hoja Nro 00	2.03	Una (1) metálica reutilizable
Hoja Nro 0	2.04	Una (1) metálica reutilizable
Hoja Nro 1	2.05	Una (1) metálica reutilizable
Tipo de hojas	2.06	A elección del Establecimiento de Salud
Estuche	2.07	Uno (1) propio del equipo para almacenamiento
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
No cubre accesorios		