

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:		AGI-06 Rev-04
Código:		AGI-06
Revisión:		Rev-04
Mes-Año:		Diciembre - 2025
Vigencia:		Desde: 16-12-2025
		Hasta: 31-12-2026
Tipo:		Equipo Sanitario de Apoyo
DATOS GENERALES		
Nombre:		AGITADOR - ORBITAL
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Tipo de movimiento	1.01	Orbital
Plataforma o plato	1.02	Antideslizante.
Velocidad regulable	1.03	Dentro del rango ≥20 rpm a ≤500 rpm.
Visualización de parámetros	1.04	En pantalla
Capacidad de carga	1.05	≥ 4 libras
Regulador de velocidad	1.06	Controlado por microprocesador.
Temporizador regulable	1.08	Requerido
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	2.01	Set de soportes de caucho (o similar) para placas, frascos, tubos estándar y tubos de Erlenmeyer.
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años