

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	AGI-12 Rev-02	
Código:	AGI-12	
Revisión:	Rev-02	
Mes-Año:	Diciembre - 2025	
Vigencia:	Desde: 16-12-2025	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Equipo Sanitario de Apoyo	
DATOS GENERALES		
Nombre:		AGITADOR ROTATORIO
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Tipo de movimiento	1.01	Rotatorio
Plataforma o plato	1.02	Ajustable en inclinación
Velocidad regulable	1.03	Dentro del rango ≥5 rpm a ≤ 80 rpm
Visualización de parámetros	1.04	En pantalla
Diámetro del plato	1.05	≥300mm
Modo de funcionamiento	1.06	Continuo y temporizado
Temporizador regulable	1.07	Requerido
Accesorios y Consumibles		
Plato / plataforma	2.01	Tres (3) con diferentes tamaños de soportes/clips, (De acuerdo al requerimiento del establecimiento de salud)
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años