

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:		CAM-25 Rev-04
Código:		CAM-25
Revisión:		Rev-04
Mes-Año:		Octubre - 2025
Vigencia:		Desde: 29-10-2025
		Hasta: 31-12-2026
Tipo:		Mobiliario clínico
DATOS GENERALES		
Nombre:		CAMILLA - TERAPIA - ESTRUCTURA MADERA
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Estructura	1,01	De madera, con patas reforzadas que permitan la estabilidad
Dimensiones mínimas	1,02	Longitud: 190 cm +- 10cm
	1,03	Ancho: 70 cm +-10cm
	1,04	Alto: 80 cm +-10cm
	Orificio facial	1,05
Carga a soportar	1,06	≥ 150 Kg
Secciones mínimas	1,07	Cabecera y cuerpo
Movimiento	1,08	Regulación de cabecera
Colchón/Colchoneta	1,09	Fijo a la estructura, espesor ≥ 5cm
Tapizado	1,10	En cuero sintético o material resistente
Accesorios		
Tapón facial	1,11	Requerido para tapar orificio facial. Del mismo material de la camilla y tapizado
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	2,04	10 Años