

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	CAR-01 Rev-02	
Código:	CAR-01	
Revisión:	Rev-02	
Mes-Año:	Octubre - 2025	
Vigencia:	Desde: 28-10-2025	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
Nombre:	CARRO DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE DOS NIVELES	
Imagen referencial:		
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Estructura	1,01	Acero inoxidable
Estantes/Niveles	1,02	Dos (2)
Tipo de estantes/niveles	1,03	Estantes/niveles de varillas, de acero inoxidable o superior
Ruedas	1,04	≥ Cuatro (4) ruedas giratorias, al menos dos con freno
Barra o asa	1,05	Barra o asa de manipulación fabricada en acero inoxidable, sujeta a la estructura
Dimensiones aproximadas	1,06	Alto: 100 cm +- 10 cm
	1,06	Largo: 80 cm +- 10 cm Profundidad: 40cm +- cm
Acabados	1,07	Sin aristas vivas, sin residuos de soldadura
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Vida útil	2,04	10 Años