

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	POR-03 Rev-04	
Código:	POR-03	
Revisión:	Rev-04	
Mes-Año:	Octubre - 2025	
Vigencia:	Desde: 28-10-2025	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
Nombre:	PORTACHATAS	
Imagen referencial:		
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características	1,01	Fabricado en plancha de acero inoxidable AISI 304, mínimo de 1 mm de espesor
		Estructura en acero inoxidable AISI 304
	1,02	Empotrado a la pared
	1,03	Al menos 5 porta papagayo o pato
		Al menos 5 abrazaderas para portachatas
	1,04	Bandeja inferior desmontable para contener líquidos provenientes de las chatas y papagayos (pato)
	1,05	Eliminar aristas vivas y residuos de soldadura
	1,06	Dimensiones: largo 100cm +-10cm, alto 80cm +-10cm
Accesorios		
Chatas	1,06	Cinco (5) chatas
Papagayos	1,06	Cinco (5) papagayos (patos)
Anclajes	1,07	Los requeridos para su instalación
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	N.A.
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	2,04	10 Años

