

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: TAB-02 Rev-02

Código: TAB-02

Revisión: Rev-02

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: TABURETE PARA PARTO NATURAL - FORMA U

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Taburete	1.01	Forma en U
	1.02	Estructura principal de acero inoxidable o de polímetro de alta densidad o madera o similar
	1.03	Tapizado fácil de limpiar y desinfectar
	1.04	Altura dentro del rango de 20 cm a 40 cm
Tapete para los pies	2.01	Requerido con tapizado fácil de limpiar y desinfectar

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	N.A.
Certificación	3.02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Vida útil	3.04	10 Año(s)