FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	**CAL-01 Rev-02**
Código:	**CAL-01**
Revisión:	**Rev-02**
Mes-Año:	**Abril - 2025**
Vigencia:	**Desde: 01-04-2025**
	Hasta: 31-12-2026
Tipo:	**Equipo Sanitario de Apoyo**

DATOS GENERALES

Nombre:	**EQUIPO CALENTADOR DE BIBERONES**

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Técnica de Calentamiento	1.01	Contacto seco o aire
Fabricación	1.02	Cámara interna de aluminio o similar
Para biberones	1.03	Vidrio y/o plástico
Capacidad	1.04	≥ 6 Biberones (≥ 130 ml)
Protección contra sobrecalentamiento	1.06	Requerido
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	2.01	Diez (10) Biberones ≥ 130 ml
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años