

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:		SAC-01 Rev-03
Código:		SAC-01
Revisión:		Rev-03
Mes-Año:		Abril - 2025
Vigencia:		Desde: 01-04-2025
		Hasta: 31-12-2026
Tipo:		Equipo Sanitario de Apoyo
DATOS GENERALES		
Nombre:		EXTRACTOR AUTOMATICO DE LECHE PARA USO HOSPITALARIO
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Pantalla	1.01	Para visualización de parámetros
Tipo	1.02	Hospitalario
Sistema de extracción de leche	1.03	Doble
Funcionamiento	1.04	Eléctrico
Ajuste de parámetros	1.05	Mediante botonera y/o perilla o similar
Velocidad de extracción	1.06	Regulable
Presión de succión	1.07	Dentro del rango 0 - 290 mmHg
Sistema de recolección de leche		
Material de contacto con la leche materna	2.01	Libre de BPA o Bisfenol A
Copas, mangueras, botellas	2.02	Reusables
Accesorios y Consumibles		
Sets de extracción	3.01	Cuatro (4)
Cable de poder	3.02	Requerido
Soporte móvil	3.03	Requerido
Canastillas para botellas	3.04	Dos (2)
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	4.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	4.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	4.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	4.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	4.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	4.06	10 años