

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	API-01 Rev-02	
Código:	API-01	
Revisión:	Rev-02	
Mes-Año:	Febrero - 2025	
Vigencia:	Desde: 06-03-2025	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Equipo Menor	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	LOCALIZADOR DE APICE - ENDODONCIA
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Localizador de ápice	1.01	Con pantalla de visualización de parámetros
	1.02	Visualización de aproximación al ápice
	1.03	Alarma audible al localizar el ápice
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	2.01	Un (1) Cable de Medición
	2.02	Dos (2) Clips labiales (contraelectrodo)
	2.03	Dos (2) Clips de lima
	2.04	Dos (2) Sondas Táctiles (portalimas larga)
	2.05	Un (1) Verificador para la comprobación funcional
	2.06	un (1) Cargador de baterías de acuerdo al equipo
	2,06	Pilas recargables o batería, de acuerdo a la necesidad del equipo
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz (Cargador de Bateria o Pila recargable)
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios